

Admission à la vérification d'instruments de mesure de quantités de gaz

du 28 mars 2000

En vertu de l'article 17 de la loi fédérale du 9 juin 1977 sur la métrologie et conformément à l'article 10 de l'ordonnance du 17 décembre 1984 sur la qualification des instruments de mesure (ordonnance sur les vérifications), nous avons admis à la vérification le modèle suivant. Les personnes affectées par cette approbation ordinaire peuvent faire opposition par écrit auprès de l'Office fédéral de métrologie, 3003 Bern-Wabern, dans les 30 jours qui suivent cette notification.

Fabricant: G. Kromschröder AG, Osnabrück (D)

Requérant: G. Kromschröder AG, Osnabrück (D)



Compteur de volume de gaz à parois déformables à raccord unique ou à deux raccords.

Type: BK 6 à BK 25

Désignation G	Q_{\max} m ³ /h	Q_{\min} m ³ /h	V dm ³	p_{\max} bar	Diamètre DN	Exécution)
6	10	0.06	6	0.5	25	E
6	10	0.06	6	0.5	20,25,32,40	Z
10	16	0.10	6	0.5	40	E
10	16	0.10	6	0.5	25,32,40,50	Z
16	25	0.16	6	0.5	40	E
16	25	0.16	6	0.5	32,40,50	Z
25	40	0.25	12	0.5	50	E
25	40	0.25	12	0.5	40,50	Z

*) E = à raccord unique

Z = à deux raccords

28 mars 2000

Office fédéral de métrologie:

Le directeur, Schwitz

Admission à la vérification d'instruments de mesure de quantités de gaz

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	2000
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	12
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	28.03.2000
Date	
Data	
Seite	1683-1683
Page	
Pagina	
Ref. No	10 124 387

Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen.

Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses.

I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.