

# Admission à la vérification d'instruments de mesure de quantités de gaz

du 8 juillet 2003

---

En vertu de l'art. 17 de la loi fédérale du 9 juin 1977 sur la métrologie et conformément à l'art. 10 de l'ordonnance du 17 décembre 1984 sur la qualification des instruments de mesure (ordonnance sur les vérifications), nous avons admis à la vérification le modèle suivant. Les personnes affectées par cette approbation ordinaire peuvent faire opposition par écrit auprès de l'Office fédéral de métrologie et d'accréditation, 3003 Bern-Wabern, dans les 30 jours qui suivent cette notification.

*Fabricant:* GMT, Gas-, Mess- und Regeltechnik GmbH, Gross-Gerau (D)

*Requérant:* Wohlgroth AG, Schwerzenbach (CH)



Compteur de volume de gaz à parois déformables à raccord unique ou à deux raccords

Type: G6

1<sup>re</sup> adjonction

---

Désignation	Q <sub>min</sub>	Q <sub>max</sub>	V	P <sub>max</sub>	Diamètre	Exécution
G	m <sup>3</sup> /h	m <sup>3</sup> /h	dm <sup>3</sup>	bar	DN	*
6	0.06	10	3.5	1	25/32	E
6	0.06	10	3.5	1	25/32	Z

---

\* E = à raccord unique

Z = à deux raccords

8 juillet 2003

Office fédéral de métrologie et d'accréditation:

Le directeur, Wolfgang Schwitz

## Admission à la vérification d'instruments de mesure de quantités de gaz

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	2003
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	26
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	08.07.2003
Date	
Data	
Seite	4381-4381
Page	
Pagina	
Ref. No	10 127 473

Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen.

Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses.

I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.